




национальная  
система  
аккредитации



росаккредитация  
федеральная служба  
по аккредитации

Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"

Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации

Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу <http://fsa.gov.ru/>

# АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

1430

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ «МЕДТЕХСЕРВИС», ИНН 5505060811  
644048, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, ГОРОД ОМСК, УЛИЦА А.МАРКОВА, ДОМ 1, КАБИНЕТ 21

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "МЕДТЕХСЕРВИС"**



Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 03 сентября 2015 г.

Дата  
формирования  
выписки  
24 марта 2026 г.



# ПРИЛОЖЕНИЕ К АТТЕСТАТУ АККРЕДИТАЦИИ 1430

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ «МЕДТЕХСЕРВИС», ИНН  
5505060811

Адреса места (мест) осуществления деятельности:

644112, РОССИЯ, Омская обл, г. Омск, ул. Перелета, дом 7, корпус 3;

---

Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"

Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации

Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу <http://fsa.gov.ru/>





## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,  
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В  
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "МЕДТЕХСЕРВИС"**

---

наименование

**1430**

---

Номер в реестре аккредитованных лиц

**1. 644112, РОССИЯ, Омская область, город Омск, улица Перелета, дом 7 корпус 3, пом. 5П.**

---

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

102-ФЗ Об обеспечении единства измерений. 102-ФЗ

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

**644112, РОССИЯ, Омская область, город Омск, улица Перелета, дом 7 корпус 3, пом. 5П.**

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
<b>2. Поверка средств измерений (ВПВ)</b>					
2.1.	Измерения геометрических величин;	Ростомеры;	(0 – 2300) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(4 - 5)$ мм (абс.);	-
2.2.	Измерения механических величин;	Весы неавтоматического действия;	$(1 \cdot 10^{-6} - 12)$ кг;	Погрешность: КТ Специальный КТ Высокий	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
				КТ Средний;	
2.3.	Измерения механических величин;	Весы неавтоматического действия;	(1 – 600) кг;	Погрешность: КТ Средний;	-
2.4.	Измерения механических величин;	Динамометры;	(20 – 5000) Н;	Погрешность: ПГ ± (2,5 – 3) % (отн.);	-
2.5.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Дозаторы (с воздушным промежутком);	(0,0001 – 100) мл;	Погрешность: ПГ ±(0,6 – 10) % (отн.);	-
2.6.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ; Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Спирографы, спирометры, спироанализаторы, пневмотахометры, пикфлоуметры, анализаторы функций внешнего дыхания;	(0 – 18) л/с  (0 – 8) л;	Погрешность: ПГ ±(0,05 – 0,4) л/с (абс.) ПГ ±(3 – 10) % (отн.)  ПГ ±(0,05 – 0,2) л (абс.) ПГ ±(3 – 5) % (отн.);	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.7.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Вакуумметры;	ВПИ -1 кгс/см <sup>2</sup> (-0,1 МПа);	Погрешность: КТ 1 КТ 1,5;	-
2.8.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Манометры;	ВПИ (1,6 – 2,5) кгс/см <sup>2</sup> (0,16 – 0,25) МПа;	Погрешность: КТ 1 КТ 1,5;	-
2.9.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Манометры;	ВПИ (4 – 6) кгс/см <sup>2</sup> (0,4 – 0,6) МПа;	Погрешность: КТ 1 КТ 1,5;	-
2.10.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Манометры;	ВПИ (10 – 60) кгс/см <sup>2</sup> (1 – 6) МПа;	Погрешность: КТ 1 КТ 1,5;	-
2.11.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Манометры;	ВПИ (100 – 600) кгс/см <sup>2</sup> (10 – 60) МПа;	Погрешность: КТ 1 КТ 1,5;	-
2.12.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Манометры кислородные;	ВПИ (1,6 – 250) кгс/см <sup>2</sup> (0,16 – 25) МПа;	Погрешность: КТ 1 КТ 1,5;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.13.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Сфигмоманометры неинвазивные механические;	(20 – 300) мм рт.ст.;	Погрешность: ПГ ±3 мм рт.ст. (абс.);	-
2.14.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические и полуавтоматические ;	(0 – 300) мм рт.ст. (30 – 200) мин <sup>-1</sup> ;	Погрешность: ПГ ±3 мм рт.ст. (абс.) ПГ ±5 % (отн.);	-
2.15.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Тонометры внутриглазного давления;	(5 – 63) мм рт.ст.;	Погрешность: ПГ ±2 мм рт.ст. (абс.) ПГ ±10 % (отн.);	-
2.16.	Измерения физико-химического состава и свойств веществ;	Средства измерений массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе;	(0 – 2000) мг/м <sup>3</sup> ;	Погрешность: ПГ ±(10 – 20) % (отн.);	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.17.	Измерения физико-химического состава и свойств веществ;	Анализаторы глюкозы и лактата;	Молярная концентрация: Глюкоза (0,5 – 50) ммоль/л; Лактат (0,5 – 40) ммоль/л;	Погрешность: СКО (3 – 7) %;	-
2.18.	Измерения физико-химического состава и свойств веществ;	Гемоглобинометры, анализаторы гематологические автоматические;	HGB (0 – 3000) г/л WBC (0 – 500) · 10 <sup>9</sup> 1/л RBC (0 – 20) · 10 <sup>12</sup> 1/л;	Погрешность: ПГ ±10 % (отн.) СКО (1,5 – 5) % ПГ ±15 % (отн.) СКО (2 – 7) % ПГ ±15 % (отн.) СКО (1,5 – 5) %;	-
2.19.	Измерения физико-химического состава и свойств веществ;	Анализаторы свертываемости крови, анализаторы показателей гемостаза, коагулометры;	(0 – 1500) с (36,5 – 37,5) °С;	Погрешность: ПГ ±(0,1 – 3) с СКО (0,4...10) % ПГ ±(0,2 – 0,5) °С;	-
2.20.	Измерения физико-химического состава и свойств веществ; Измерения физико-химического состава и свойств веществ;	Анализаторы мочи;	Массовая концентрация белка: (0,3 – 20) г/л Молярная концентрация глюкозы: (2,8 – 110) ммоль/л Плотность: (0 – 1,04) г/мл рН (5 – 9);	Погрешность: ПГ ±(10 – 20) % (отн.);	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.21.	Измерения физико-химического состава и свойств веществ;	Анализаторы электролитов крови;	pH (1 – 14) Na <sup>+</sup> (20 – 1020) ммоль/л K <sup>+</sup> (0,2 – 505) ммоль/л Ca <sup>2+</sup> (0,25 – 5) ммоль/л Li <sup>+</sup> (0,2 – 5) ммоль/л CL <sup>-</sup> (25 – 505) ммоль/л;	Погрешность: ПГ ±(0,05 – 0,5) pH ПГ ±10 % ПГ ±10 % ПГ ±10 % ПГ ±10 % ПГ ±10 %;	-
2.22.	Измерения физико-химического состава и свойств веществ;	Анализаторы биохимические;	D = (0 – 3) Б Ca <sup>2+</sup> (0,1 – 240) мг/л Na <sup>+</sup> (0,1 – 4000) мг/л K <sup>+</sup> (0,1 – 780) мг/л Cl <sup>-</sup> (1 – 7000) мг/л Li <sup>+</sup> (0,1 – 100) мг/л мочевина (0,2 – 1000) ммоль/л глюкоза (1,2 – 300) ммоль/л;	Погрешность: ПГ ±(0,01 – 0,5) Б (абс.) ПГ ±10 % (отн.) ПГ ±10 % (отн.) ПГ ±10 % (отн.) ПГ ±10 % (отн.) ПГ ±10 % (отн.) ПГ ±15 % (отн.) ПГ ±15 % (отн.) СКО 2,5 %;	-
2.23.	Измерения физико-химического состава и свойств веществ;	Гигрометры психрометрические;	(0 – 40) °С;	Погрешность: ПГ ± 0,2 °С (абс.);	-
2.24.	Теплофизические и температурные измерения;	Термометры медицинские, цифровые, электронные;	(32 – 43,9) °С;	Погрешность: ПГ ±(0,1 – 0,3) °С (абс.);	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.25.	Теплофизические и температурные измерения;	Термометры инфракрасные (бесконтактные) медицинские;	(0 – 100) °С;	Погрешность: ПГ ±(0,1 – 3) °С (абс.) ПГ ±5 % (отн.);	-
2.26.	Теплофизические и температурные измерения;	Термометры манометрические, биметаллические;	[(-60) – 300] °С;	Погрешность: ПГ ± (0,5 – 10) °С (абс.) ПГ ± (1 – 4) % (отн.);	-
2.27.	Теплофизические и температурные измерения;	Термометры технические;	[(-60) – 100] °С;	Погрешность: ПГ ± (0,4 - 10) °С (абс.);	-
2.28.	Теплофизические и температурные измерения;	Термометры технические, ртутные, жидкостные, спиртовые, керосиновые, стеклянные, максимальные, электроконтактные, метеорологические, лабораторные;	[(-60) – 300] °С;	Погрешность: ПГ ± (0,02 - 10) °С (абс.);	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.29.	Теплофизические и температурные измерения;	Измерители-регистраторы температуры;	$[(-45) - 99] \text{ } ^\circ\text{C};$	Погрешность: ПГ $\pm(0,5 - 1) \text{ } ^\circ\text{C}$ (абс.);	-
2.30.	Измерения времени и частоты;	Секундомеры механические; Секундомеры электрические;	$(0 - 3600) \text{ с};$	Погрешность: КТ 1 КТ 2;	-
2.31.	Измерения электрических и магнитных величин;	Амперметры постоянного тока;	$(1 - 100) \text{ мА};$	Погрешность: КТ 1,5 КТ 2,5 КТ 4;	-
2.32.	Оптические и оптико-физические измерения;	Колориметры фотоэлектрические;	$(1 - 100) \%$ $(315 - 990) \text{ нм};$	Погрешность: ПГ $\pm(0,5 - 1) \%$ (абс.) ПГ $\pm(3 - 10) \text{ нм}$ (абс.);	-
2.33.	Оптические и оптико-физические измерения;	Фотометры полуавтоматические, автоматические, анализаторы биохимические;	$(0 - 3,5) \text{ Б};$	Погрешность: ПГ $\pm(1 - 10) \%$ (отн.);	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.34.	Оптические и оптико-физические измерения;	Спектрофотометры ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной областей спектра излучения;	(0 – 100) % (0,02 – 0,6) Б (0,6 – 3) Б (186 – 2500) нм;	Погрешность: ПГ ± (0,5 – 2) % ПГ ±0,01 Б ПГ ±(1 – 1,5) % ПГ ±1 нм;	-
2.35.	Оптические и оптико-физические измерения;	Гемоглобинометры фотометрические;	(0 – 0,3) Б (0,3 – 3) Б;	Погрешность: ПГ ±(0,01 – 0,02) Б (абс.) ПГ ±5 % (отн.);	-
2.36.	Оптические и оптико-физические измерения;	Анализаторы иммуноферментных реакций, фотометры иммуноферментные планшетные;	(0 – 4) Б;	Погрешность: ПГ ±(1 – 4) % (отн.);	-
2.37.	Оптические и оптико-физические измерения;	Линейки скиаскопические;	[(-19) – 19] дптр;	Погрешность: ПГ ±(0,12 – 0,8) дптр (абс.);	-
2.38.	СИ медицинского назначения;	Электрокардиографы; Электрокардиоскопы, кардиомониторы электрокардиоанализа;	(0,3 – 10) мВ (0,05 – 150) Гц (30 – 300) мин <sup>-1</sup> ;	Погрешность: ПГ ±(5 – 20) % (отн.) ПГ ±(5 – 30) % (отн.) ПГ ±(2 – 4) мин <sup>-1</sup> (абс.);	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
		заторможенные;			
2.39.	СИ медицинского назначения;	Электромиографы;	(0,02 – 150) мВ (0,02 – 10000) Гц;	Погрешность: ПГ ±(5 – 15) % (отн.) ПГ ±(5 – 30) % (отн.);	-
2.40.	СИ медицинского назначения;	Электроэнцефалографы, электроэнцефалоскопы, электроэнцефалоанализаторы;	(0,01 – 10) мВ (0,159 – 130) Гц;	Погрешность: ПГ ±(5 – 25) % (отн.) ПГ ±10 % (отн.);	-
2.41.	СИ медицинского назначения;	Реографы, реоплетизмографы, реопреобразователи и реоанализаторы;	R <sub>0</sub> : (10 – 1000) Ом R: (0,05 – 10) Ом (0,053 – 60) Гц;	Погрешность: ПГ ±(5 – 20) % (отн.) ПГ ±(5 – 15) % (отн.) ПГ ±(5 – 10) % (отн.);	-
2.42.	СИ медицинского назначения;	Пульсоксиметры;	(60 – 100) % (15 – 320) мин <sup>-1</sup> ;	Погрешность: ПГ ±(2 – 5) % (абс.) ПГ ±(1 – 3) мин <sup>-1</sup> (абс.);	-
2.43.	СИ медицинского назначения;	Мониторы медицинские носимые,		Погрешность:	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
		регистраторы ЭКГ и АД амбулаторные (системы длительного мониторинга ЭКГ по Холтеру и АД, мониторы реанимационные прикроватные (каналы измерения ЭКГ ЧСС ЭЭГ РЭО SpO2 АД ЧД температуры капнометрии);	(0,3 – 10) мВ (0,05 – 150) Гц (15 – 320) мин <sup>-1</sup> (0,01...10) мВ (0,159...130) Гц R <sub>0</sub> : (10...1000) Ом R: (0,05...10) Ом (0,053...60) Гц (60...100) % (0...300) мм рт. ст. (30...60) мин <sup>-1</sup> (60...200) мин <sup>-1</sup> (0...50) °С (0...15)% CO <sub>2</sub> (0...100)% O <sub>2</sub> ;	ПГ ±(5 – 20) % (отн.) ПГ ±(5 – 30) % (отн.) ПГ ±(1 – 3) мин <sup>-1</sup> (абс.) ПГ ±(5 – 25) % (отн.) ПГ ±10 % (отн.) ПГ ±(5 – 20) % (отн.) ПГ ±(5 – 15) % (отн.) ПГ ±(5 – 10) % (отн.) ПГ ±(2 – 5) % (абс.) ПГ ±3 мм рт. ст. (абс.) ПГ ±2 мин <sub>-1</sub> (абс.) ПГ ±3 % (отн.) ПГ ±0,1 °С (абс.) ПГ ±(2 – 10) % (абс.) ПГ ±(2 – 5)% (абс.);	

Инженер по метрологии

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

М.А. Кириллова

инициалы, фамилия уполномоченного лица



## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,  
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В  
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "МЕДТЕХСЕРВИС"**

---

наименование

**1430**

---

Номер в реестре аккредитованных лиц

**1. 644112, РОССИЯ, Омская область, город Омск, улица Перелета, дом 7 корпус 3, пом. 5П.**

---

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

102-ФЗ Об обеспечении единства измерений. 102-ФЗ

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

**644112, РОССИЯ, Омская область, город Омск, улица Перелета, дом 7 корпус 3, пом. 5П.**

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
<b>2. Поверка средств измерений (ВПВ)</b>					
2.1.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Вакуумметры, мановакуумметры, манометры в том числе кислородные;	$[-0,1] - 60$ МПа $[-1] - 600$ кгс/см <sup>2</sup> ;	Погрешность: КТ 1; 1,5; 1,6; 2,5; 4;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.2.	Измерения времени и частоты;	Секундомеры электронные;	(0 – 24) ч;	Погрешность: ПГ ± (0,01 - 1) с (абс.) 5 разряд;	-
2.3.	Оптические и оптико-физические измерения;	Рефрактометры офтальмологические, рефрактокератометры, авторефкератометры, авторефрактокератометры;	([-25] – 25) дптр (3,5 – 12,5) мм;	Погрешность: ПГ ± (0,25 — 0,5) дптр (абс.) ПГ ± (0,02 — 0,06) мм (абс.);;	-
2.4.	СИ медицинского назначения;	Электрокардиографы, электрокардиоскопы и электрокардиоанализаторы;	([-10] – 10) мВ  (0,01 – 10) с;	Погрешность: ПГ ±(5 – 20) % (отн.) ПГ ±(25 – 50) мкВ (абс.) ПГ ±(2 – 10) % (отн.);	-
2.5.	СИ медицинского назначения;	Электроэнцефалографы, электроэнцефалоскопы, электроэнцефалоанализаторы;	(0,001 – 300) мВ (0,01 – 60) с;	Погрешность: ПГ ±(5 – 25) % (отн.) ПГ ±(2 – 10) % (отн.);	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.6.	СИ медицинского назначения;	Реографы, реоплетизмографы, реопреобразователи и реоанализаторы;	$R_0$ (10 – 1000) Ом $R$ (0,02 – 0,05) Ом (0,01 – 10) с;	Погрешность: ПГ $\pm(3 – 20)$ % (отн.) ПГ $\pm(5 – 15)$ % (отн.) ПГ $\pm(5 – 15)$ % (отн.);	-
2.7.	СИ медицинского назначения;	Пульсоксиметры;	(10 – 60) % (15 – 350) мин <sup>-1</sup> ;	Погрешность: ПГ $\pm(2 – 5)$ % (абс.) ПГ $\pm(1 – 5)$ мин <sup>-1</sup> (абс.);	-
2.8.	СИ медицинского назначения;	Мониторы медицинские носимые, регистраторы ЭКГ и АД амбулаторные (системы длительного мониторинга ЭКГ по Холтеру и АД, мониторы реанимационные прикроватные (каналы измерения ЭКГ ЧСС ЭЭГ РЭО SpO2 АД ЧД температуры);	(0,03 – 20) мВ (0 – 350) мин <sup>-1</sup> (0,001 – 300) мВ (0,01 – 60) с $R_0$ (10 – 2000) Ом $R$ (0,02 – 10) Ом (10...60) % (0...300) мм рт. ст. (0...200) мин <sup>-1</sup> (0...50) °С ;	Погрешность:  ПГ $\pm(3 – 20)$ % (отн.) ПГ $\pm(1 – 5)$ мин <sup>-1</sup> (абс.) ПГ $\pm(5 – 25)$ % (отн.) ПГ $\pm(2 – 10)$ % (отн.) ПГ $\pm(3 – 20)$ % (отн.) ПГ $\pm(5 – 15)$ % (отн.) ПГ $\pm(2 – 5)$ % (абс.) ПГ $\pm(1 – 5)$ мм рт. ст. (абс.) ПГ $\pm(1 – 5)$ мин <sup>-1</sup> (абс.) ПГ $\pm(2 – 10)$ % (отн.) ПГ $\pm(0,1 – 0,2)$ °С (абс.) ;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.9.	СИ медицинского назначения;	Мониторы фетальные, мониторы матери и плода;	<p>(0,03 – 5) мВ ЧСС (15...300) мин<sup>-1</sup> (0...300) мм рт. ст.</p> <p>(32...42) °С ЧСБП (30...240) мин<sup>-1</sup></p> <p>ЧД (7...150) мин<sup>-1</sup></p> <p>SpO2 (10...100) % ЧП (20...250) мин<sup>-1</sup> ;</p>	<p>Погрешность: ПГ ±5 % (отн.) ПГ ±(1 – 5) мин<sup>-1</sup> (абс.) ПГ ±(2 – 15) мм рт. ст. (абс.) ПГ ±2 % (отн.) ПГ ±(0,1 – 0,2) °С (абс.) ПГ ±(1 – 5) мин<sup>-1</sup> (абс.) ПГ ±(1 – 2) % (отн.) ПГ ±1 мин<sup>-1</sup> (абс.) ПГ ±5 % (отн.) ПГ ±(1 – 3) % (абс.) ПГ ±(1 – 5) мин<sup>-1</sup> (абс.) ПГ ±(2– 5) % (отн.) ;</p>	-
2.10.	СИ медицинского назначения;	Дефибрилляторы-мониторы, мониторы дефибрилляторы;	<p>([-8] – 8) мВ ЧСС (7...350) мин<sup>-1</sup></p> <p>SpO2 (70...100) % ЧП (20...250) мин<sup>-1</sup></p> <p>(0...300) мм рт. ст.</p> <p>(20...50) °С ЧД (7...150) мин<sup>-1</sup> ;</p>	<p>Погрешность: ПГ ±5 % (отн.) ПГ ±(1 – 10) мин<sup>-1</sup> (абс.) ПГ ±(2 – 10) % (отн.) ПГ ±3 % (абс.) ПГ ±(3 – 5) мин<sup>-1</sup> (абс.) ПГ ±2 % (отн.) ПГ ±(2 – 15) мм рт. ст. (абс.) ПГ ±(2 – 10) % (отн.) ПГ ±(0,1 – 0,2) °С (абс.) ПГ ±(2 – 10) мин<sup>-1</sup> (абс.) ПГ ±2 % (отн.);</p>	-

Инженер по метрологии

---

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

---

подпись уполномоченного лица

М.А. Кириллова

---

инициалы, фамилия уполномоченного лица